

检验检测报告



报告编号：中为检字第 220922004 号

产品名称：弱视近视综合治疗仪

产品型号：WDK-RJ-A1/A2/A3

申请公司：湖南唯迪科医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	弱视近视综合治疗仪	产品型号	WDK-RJ-A1/A2/A3
申请单位名称	湖南唯迪科医疗科技有限公司	申请单位地址	长沙开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园标准厂房3栋507号
制造单位名称	湖南唯迪科医疗科技有限公司	制造单位地址	长沙开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园标准厂房3栋507号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1个	测试时间	2022年10月12日
样品状态说明	供电额定电压：3.7V $\pm$ ，供电额定电流：1.2A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路109号1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	弱视近视综合治疗仪的激光安全等级为1类，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2022年10月20日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：周磊

审核：陆祖年

批准：赵反中