

检验检测报告



报告编号：中为检字第 220913002 号

产品名称：皮秒洗眉仪

产品型号：JM01


申请公司：紫云自治县人民检察院

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	皮秒洗眉仪	产品型号	JM01
申请单位名称	紫云自治县人民检察院	申请单位地址	贵州省安顺市紫云自治县云岭街道祥云路人民检察院
制造单位名称	/	制造单位地址	/
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 9 月 10 日
样品状态说明	供电额定电压：220V~ 50Hz。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	经检测 JM01 型皮秒洗眉仪的激光安全等级为 4 类，产品的遥控联锁连接器、钥匙控制器、标记等不符合 GB 7247.1-2012 对于 4 类激光产品的要求。详见报告后续页面。  签发日期：2022 年 9 月 23 日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中